

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
เวชภัณฑ์มิใช่ยา ถุงมือ Sterile-Exam Glove จำนวนประมาณ ๓๑๒,๒๐๐ คู่  
ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

\*\*\*\*\*

๑. คุณสมบัติทั่วไป

๑.๑ เป็นถุงมือยางธรรมชาติ ปลอดภัย ผิวเรียบ/ไม่เรียบบางส่วน

๒. คุณสมบัติทางเทคนิค

๒.๑ ผลิตจากยางธรรมชาติ

๒.๒ เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้เพียงครั้งเดียว

๒.๓ ถุงมือผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๑๐๕๖ หรือผลิตตามมาตรฐานสากล หรือนำเข้าโดยได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๒.๔ ถุงมือมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ขนาด คือ ขนาด S, M

๒.๕ เป็นถุงมือที่คลุกแป้งแล้วเพื่อหล่อลื่นและสะดวกในการสวมใส่

๒.๖ ถุงมือบรรจุในซองเดี่ยว ซองละ ๑ คู่ ผ่านการทำให้สะอาดปราศจากเชื้อโดยรังสีแกมมา หรือ Ethylene หรือวิธีอื่น (มีเอกสารอธิบายกรรมวิธีการทำให้ปลอดภัย ประกอบการพิจารณา)

๒.๗ ถุงมือมีช่องห่อมิดชิดและสะดวกต่อการเปิดใช้งาน

๒.๘ ซองบรรจุถุงมือ ระบุชื่อยี่ห้อ ขนาดของถุงมือ ชื่อผู้ผลิตและชื่อผู้จำหน่าย ล็อตผลิต วันที่ผลิตและวันหมดอายุ

๒.๙ บรรจุในกล่องกระดาษ กล่องละ ๕๐ - ๑๐๐ คู่

๒.๑๐ มีใบรับรองผลการตรวจสอบความปลอดภัยจากหน่วยงานหรือสถาบันที่ได้รับรองมาตรฐานเพื่อประกอบการพิจารณา

๓. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๓.๑ ในการพิจารณายื่นข้อเสนอ โรงพยาบาลสมุทรปราการจะพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา และจะพิจารณาจากราคารวม

๓.๒ หลักเกณฑ์การพิจารณาประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยที่กำหนด ดังนี้

๓.๒.๑ ราคาที่เสนอราคา	กำหนดร้อยละ ๔๐
๓.๒.๒ คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ	กำหนดร้อยละ ๖๐
๓.๒.๒.๑ ถุงมือมีความยืดหยุ่นดี ไม่ฉีกขาดง่าย	ร้อยละ ๔๐
๓.๒.๒.๒ ความยาวของถุงมือสวมลงง่ามนิ้วมือได้พอดี	ร้อยละ ๒๐
๓.๒.๒.๓ ถุงมือปราศจากตำหนิที่เป็นผลเสียต่อการใช้งาน	ร้อยละ ๒๐
๓.๒.๒.๔ หยิบใช้งาน สะดวกต่อการใช้งาน ข้างซ้ายเป็นซ้าย ข้างขวาเป็นขวา	ร้อยละ ๒๐

รวมคะแนนร้อยละ ๑๐๐

๓.๓ เกณฑ์คะแนนที่ได้จากการประเมินของข้อ ๓.๒.๒ จะนำมาหาค่าเฉลี่ย โดยผลิตภัณฑ์ต้องผ่านหลักเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

\*\*\*\*\*

๑. นางสาวสุพิน กลิ่นพงษา

๒. นางสุกานดา สุจิตร์ธรรมคุณ

๓. นางณัฐทิรา ชุ่มชูจันทร์

..... กิจน      คณิศกร  
.....  
..... ดุสิต      ชุ่มชูจันทร์