

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ
ของจังหวัดสมุทรปราการ

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นชุดสำหรับให้น้ำเกลือ หรือยา หรือสารละลาย ปราศจากยางธรรมชาติ (latex free) ใช้สำหรับ
เครื่อง infusion pump

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ท่อสาย (Tubing) ทำด้วยสารสังเคราะห์ พีวีซี ปราศจาก Di (๒-ethylhexyl) phthalate (DEHP)
คุณภาพสูงใสและนิ่ม บิดงอได้โดยไม่เสียรูปร่าง มีความยาวประมาณ ๒๑๕ – ๒๒๐ ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ๔.๕ มม. และเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ๓.๒ มม.
๒. ปลายสายมี Injection site และ Adaptor ระหว่าง Injection site และ Adaptor มี Filter
ขนาด ๔๐ ไมครอน ซึ่งจะทำหน้าที่กรองน้ำเกลือเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้าร่างกายคนไข้
๓. ที่แทงจุกขวดน้ำเกลือเป็นเดือยพลาสติก (Plastic spike) แหลมและแข็ง มีปลอกพลาสติกแข็ง
สวมอยู่อีกชั้นหนึ่ง (Plastic protector)
๔. กระจเปาะสำหรับให้น้ำเกลือหยด (Drip Chamber) ทำด้วยสาร Polypropylene ใส สามารถ
มองเห็นน้ำเกลือหยดได้ง่าย
๕. มี Drip.port ควบคุมการไหลของน้ำเกลือขนาด ๒๐ หยด / ซีซี
๖. ชุดให้น้ำเกลือบรรจุอยู่ในซองพลาสติกชนิดรีบบอนแพค ทำให้ปราศจากเชื้อโดยเอซีทีนออกไซด์แก๊ส

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผู้เสนอราคาหรือโรงงานผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO
๑๓๔๘๕ โดยมีเอกสารประกอบ
๒. ผ่านการประเมินคุณภาพไม่น้อยกว่า ๗๐%
๓. ผู้เสนอราคาต้องทำสัญลักษณ์ ระบุคุณลักษณะ ให้ตรงกับคุณลักษณะเพื่อความสะดวกต่อการ
พิจารณา
๔. สามารถใช้กับเครื่อง Infusion pump ที่ทางโรงพยาบาลมีอยู่เดิม เพื่อความถูกต้องและแม่นยำใน
การควบคุมปริมาตรสารน้ำได้เป็นอย่างดี
๕. หลังจากส่งมอบผลิตภัณฑ์แล้ว หากมีความชำรุดเสียหายในบางชิ้นหรือบางส่วน บริษัทยินยอมให้
แลกเปลี่ยนหรือชดเชยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ชำรุดเสียหายโดยไม่คิดราคา และมีอายุของผลิตภัณฑ์เกิน
๒ ปี ขึ้นไป
๖. ต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถาน
ประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์
ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. ต้องมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หรือได้รับหนังสือรับรองแต่งตั้ง
จากบริษัทผู้แทนจำหน่าย

๑. นางมณีนรัตน์ มโนรมชัชวาล
๒. นางทิวา รุ่งประทีปไปบูลย์
๓. นางพัชรี เกษมสุข
๔. นางสาวปริญญานัฐ เมตไตรพันธ์
๕. นางสาวจรรยา จันทร์เนตร

.....
.....
.....
.....
.....